

## Serviços Disponíveis no Laboratório de Alcoolimetria

### Calibração

EQUIPAMENTO	INTERVALO DE MEDIÇÃO	INCERTEZA
Alcoolímetros de Despiste	0 a 3 g/L Teor de Álcool no Sangue (TAS)	(0,01 a 0,03) g/L Teor de Álcool no Sangue (TAS)

### Controlo Metrológico

EQUIPAMENTO	ENSAIOS	LEGISLAÇÃO
Alcoolímetros. Evidenciais	Aprovação de Modelo Primeira Verificação Verificação Periódica Verificação Extraordinária	Portaria 1556/2007 OIML R 126/1998